

【 インプラント埋入手術 器具準備表 】

Dr _____

患者名 _____ (No _____) 部位 _____ 手術日 _____ 月 _____ 日 _____ 曜日 _____ : _____ ~

第一助手(バキューム) : _____ 第二助手(器具渡し) : _____ 器具出し : _____

フィクスチャー : _____ キャップ : _____

メンブレン : _____ 骨補填材 : _____

テンプレート PRP使用

チェック欄	器具名		数量	備考
	ツールボックス	小	1	内容物確認後
		大	1	内容物確認後
	インプランター用 付属器材		4	エンジン、ホース、台、リゲーションチューブ
	POI-EX ツールボックス		1	内容物調整後
	PRP用ガラスシャーレ		3	3個組。トレーに載せて滅菌
	サージカルテンプレート用ウィルクリーン		(1)	滅菌精製水で二倍希釈
	ドレーピング	(滅菌グローブ)	3+2+2	予備も用意
		滅菌ガウン、マスク	2+2	ガウンはサイズを確認する
		(ディスポ帽子)	2~3	
		滅菌有窓布	1+1	120×120 予備 90×90
		滅菌無窓布	1+2	90×90 : 1 60×60 : 2 (1つは予備)
		滅菌ホースカバー	3	バキューム、レザー、予備
		オペライトの取手	1	
	トレー		5	外科手術専用の物
	麻酔	(注射針)	1	術中用 (外に置いておく)
		(カートリッジ)	2	術中用 (外に置いておく)
	メス替刃		1+2	No12×1、15c×2
	糸付き針		2	種類は事前確認。外に置いておく
	他	小折ガーゼ	10	金属シャーレと一緒に滅菌
		(生理食塩水・滅菌精製水)	2+1	計3種類
		金属シャーレ	1set	蓋含む
		金属コップ	2	上が広がっている物が生食用
		フルワイダー	1	個装
		ピオクタニン、ペン先	1+2	ペン先は個装
		ダッピングラス	2	個装。きれいな物
		小ガラスシャーレ (骨補填材用)	3	トレーに載せて滅菌。必要なら出す
	デンタルフィルム	4	外に置いておく	
	ポストーム	マレット (外科用の普通の物)	1	個装
		リッジエキスパンダー直ケース	1	ケース内容物確認後
		リッジエキスパンダー曲ケース	1	ケース内容物確認後
		オステオトーム曲ケース	1	ケース内容物確認後
	ボーンタック (新しい方)		1	ケース内容物確認後
	テンポラリー インプラント		1	ケース内容物確認後
	サイナスリフト用品	エンジン用ストレートハンドピース	1	インプランターに付ける
		ストレートエンジンバー	3	#699 か#700。個装
		平板型チークリトラクター	1	
		ボーンタンパー BOSTOM IXY	2 3	マレットはボーンタックの物で #2、3、4